

# 医用皮肤修复敷料相关项目采购公示

北京八大处整形医疗科技集团有限公司因工作需要,拟于近期为下属各医疗子公司采购医用皮肤修复敷料项目召开谈判议价会,请有意参与的供应商在规定的期限内报名。

## 一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间: 2026年3月26日至2026年4月1日16时
2. 报名方式: 电话/邮寄报名,确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址: 北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱: [disigongsi@outlook.com](mailto:disigongsi@outlook.com)
5. 联系人: 庞燕云 18911153127

## 二、资质要求(加盖单位公章)

### 1. 国产产品资质要求:

- 1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
- 1.2 生产商及医院供应商营业执照
- 1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 1.4 销售人员身份证正反面复印件
- 1.5 国产产品注册证/备案证
- 1.6 国内生产商医疗器械生产许可证
- 1.7 医院供应商医疗器械经营许可证
- 1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料(如有可提供)

### 2. 进口产品资质要求:

- 2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书
- 2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书
- 2.3 中国区总代/子公司营业执照
- 2.4 医院供应商营业执照
- 2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 2.6 销售人员身份证正反面复印件
- 2.7 进口产品注册证/备案证
- 2.8 医院供应商医疗器械经营许可
- 2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料

### 三、产品要求：

本项目为集团统一采购，涵盖化学换肤术护理包、泡沫敷料、液体敷料、医用创面护理敷料，所有产品均需符合医疗器械相关国家标准、行业标准及注册证核定技术要求，且具备良好的理化性能、生物相容性，与皮肤 / 创面接触无不良反应，具体分类技术及质量要求如下：

#### 1. 术后及皮肤修复类敷料：

1.1 适用范围：用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤等术后非慢性创面，以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等引起的皮肤屏障损伤的护理与修复。

1.2 规格型号：包括水剂型、喷雾型、凝胶型、乳膏型等多种规格。

1.3 性能要求：产品应无菌，pH 值接近皮肤弱酸性，具有良好的保湿性，无细胞毒性、无致敏、无皮肤刺激，能够有效修复皮肤屏障。

#### 2. 浅表性创面及一般伤口护理类敷料：

2.1 适用范围：用于皮肤浅表性非慢性创面、擦伤、手术切口、外伤性创面及周围皮肤的覆盖与护理，提供湿性愈合环境，缓解疼痛。

2.2 规格型号：包括水凝胶敷料、贻贝粘蛋白敷料、壳聚糖敷料等，有片状（如 20cm×10cm 等多种尺寸）和液体/凝胶状（如 1mL、50g 等多种规格）

2.3 性能要求：产品应无菌，具有良好的成膜性或适宜粘度，能吸收少量渗液，对创面无刺激，易于清除。

#### 3. 烧烫伤及慢性/复杂创面护理类敷料：

3.1 适用范围：用于浅表烧伤、一/二度烧烫伤、压疮、下肢溃疡、手术后伤口、供皮区伤口等部分皮层和全皮层创面的覆盖与护理，促进一期或二期愈合。

3.2 规格型号：包括水胶体敷料、壳聚糖敷料、泡沫敷料等多种型号。

3.3 性能要求：产品应无菌，具有高吸收渗液能力，透气，不粘连创面，能形成凝胶或锁住渗液，生物相容性好，无急性毒性。

#### 4. 抗菌及特殊防护类敷料：

4.1 适用范围：用于皮肤及粘膜创面感染的预防和辅助治疗，或通过体表形成保护膜物理隔离细菌，保护创面。

4.2 规格型号：包括医用愈肤生物膜膏剂敷料、多聚长效抗菌膜液材（敷料等喷雾或液体剂型）。

4.3 性能要求：产品应成膜迅速，阻菌或抗菌效果明确（如对常见致病菌有杀灭作用），用于粘膜者需无刺激，安全性良好。

#### **5. 包装与标识**

5.1 独立无菌包装，包装完好无破损、无渗漏。

5.2 包装清晰标注：产品名称、规格型号、注册证号、产品批号、灭菌日期、失效日期、生产厂家、适用范围。

#### **四、商务要求**

1. 报价为落地总价，包含货物、配送、税费、售后服务、质保等全部费用。
2. 按集团指定时间、地点配送，严禁供应临期、过期、不合格产品。
3. 随货提供产品合格证明、检验报告、技术说明书等全套资料。
4. 严格按照国家医疗器械法规，及时处理不良事件、质量投诉及退换货。
5. 报名时提供产品清单；谈判会当天请将样品带到现场。