

# 医院消毒供应室耗材、消毒剂等感控产品采购公示

北京八大处整形医疗科技集团有限公司因工作需要,拟于近期为下属各医疗子公司采购消毒供应室耗材、消毒剂等感控产品召开谈判议价会,请有意参与的供应商在规定的期限内报名。

## 一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间: 2026年3月23日至2026年3月27日16时
2. 报名方式: 电话/邮寄报名,确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址: 北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱: disigongsi@outlook.com
5. 联系人: 庞燕云 18911153127

## 二、资质要求(加盖单位公章)

### 1. 国产产品资质要求:

- 1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
- 1.2 生产商及医院供应商营业执照
- 1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 1.4 销售人员身份证正反面复印件
- 1.5 国产产品注册证/备案证
- 1.6 国内生产商医疗器械生产许可证
- 1.7 医院供应商医疗器械经营许可证
- 1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料(如有可提供)

### 2. 进口产品资质要求:

- 2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书
- 2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书
- 2.3 中国区总代/子公司营业执照
- 2.4 医院供应商营业执照
- 2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 2.6 销售人员身份证正反面复印件
- 2.7 进口产品注册证/备案证
- 2.8 医院供应商医疗器械经营许可

2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）

### **3. 消毒产品另需提供以下资质：**

3.1 消毒产品卫生安全评价报告

3.2 检验报告

3.3 生产厂家需要提供消毒产品生产企业卫生许可证等相关资质

### **三、技术参数/要求**

（一）消毒供应室耗材主要有：**清洗器械用清洗剂清洗酶等、包装用无纺布及灭菌包装袋、封口设备用耗材、封包胶带、高温蒸汽消毒/低温灭菌监测类及生物指示培养用耗材、打码器墨盒色带及等耗材，纯水机软水机用盐等耗材，包括但不限于：**

#### **1. 清洗剂清洗酶、润滑除锈类**

1.1 多酶清洗剂：可去除所有有机污染物兼具防锈效果。安全用于所有手术器械和内窥镜，不会损害任何金属、塑料、橡胶和螺纹管等。无泡，pH 中性，不含研磨剂，易漂洗和 100%生物降解。

1.2 碱性清洗剂：适用于外科器械、医疗设备、玻璃器皿、塑料制品和橡胶管的手动预浸泡处理，不损伤设备及器械，无残留、易冲洗、100%可降解。pH >7.5，对各种有机物有较好的去除作用，对金属腐蚀性小，不会加快返锈的现象。

1.3 除锈剂：安全、高效、快速的再生溶液，用于去除不锈钢手术器械、托盘和运送车上的锈蚀、点蚀、麻斑与色斑，以及蒸汽灭菌常见的矿物锈蚀，恢复关节灵活性。可安全用于各种内镜附件、显微外科及眼科等精细设备。

1.4 润滑剂：应为水溶性，无油性，无粘性，无毒，不含硅油，用于任何水质环境下的机械清洗处理程序中，防止锈蚀、点蚀的产生，使器械锁扣及关节灵活自如，日常使用可延长器械的使用寿命。

1.5 保湿预处理产品

1.6 清洗效果测试产品

#### **2. 医用包装无纺布**

2.1 用于复用手术器械、器具及物品的包装，满足灭菌运输及储存的要求。

2.2 规格（参考值）：30\*30/40\*40/50\*50/60\*60/75\*75/85\*85/100\*100/150\*150 等。

2.3 经抗静电处理，有较好的阻菌性能，保证器械的无菌存储和转运。

2.4 材料均匀，无断层，耐磨，灭菌过程不会产生有毒害物质。

### **3. 医用灭菌包装袋**

3.1 配合封口设备烫合使用，可用于高温高压蒸汽、环氧乙烷灭菌。

3.2 无毒的灭菌过程指示标志，提供清晰的颜色前后变化过程。

3.3 采用透明复合膜和医疗级透析纸，具有卓越的阻菌性能。

3.4 具有良好的透气性和微生物屏障特性。

3.5 可提供不少于 180 天的灭菌后保护。

3.6 密封烫边设计，防止爆袋，确保灭菌完整。

3.7 规格（参考值）：55mm/75mm/100mm/150mm/200mm/250mm/300mm。

### **4. 封包胶带：用于打包固定**

### **5. 封口测试卡、封口机色带**

5.1 用于测试封口机设备封口是否存在漏气，气泡，密封不严。

5.2 可在测试卡表面记录时间，日期，测试人，压力值，温度等信息。

5.3 规格：高温/低温

### **6. 灭菌监测等产品**

#### **6.1 化学监测类**

6.1.1 包外化学指示胶带。

6.1.2 包内化学指示卡：四类/五类，适配压力蒸汽、过氧化氢低温等离子、环氧乙烷灭菌器。

6.1.3B-D 测试包/卡：用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果，可以敏感监测压力蒸汽灭菌时间、温度、饱和蒸汽关键变量。

#### **6.2 生物测试类**

6.2.1 压力蒸汽生物指示剂（新华 0.5 小时、48 小时）。

6.2.2 低温等离子/环氧乙烷生物指示剂（新华低温等离子 0.5 小时、强生低温等离子 15 分钟）。

## **（二）消毒剂等技术参数/要求**

1. 手卫生消毒类主要用于临床科室手卫生，保障医务人员手部细菌控制。

2. 环境及物表消毒类主要用于病房、手术室、检验科等环境表面与器械的预防性消毒；皮肤黏膜。

3. 消毒类主要用于手术切口、注射部位、伤口及特殊部位的消毒。

4. 监测与指示类主要用于病房、手术室、检验科等环境表面与器械的预防性消毒。

具体目录如下：

序号	类别	规范名称	规格型号	单位	要求
1	手卫生 消毒类	泡沫洗手液	1200ml	瓶	水洗型洗手液用于手部清洁
2		净手消毒液	1200ml	瓶	免洗速干手部快速消毒
3		复合醇手消毒液	500ml	瓶	复合醇配方，速干、无刺激
4		免洗外科速干手消毒液	1L	瓶	速干、抑菌持久
5		免洗外科手消毒液	1000ml	瓶	速干、无残留、不粘手
6		75%酒精消毒液	100ml	瓶	乙醇浓度 75%±5%；医用级
7		75%酒精消毒液	500ml	瓶	乙醇浓度 75%±5%；医用级
8	环境及物 表消毒类	84 消毒液	5L	瓶	有效氯含量符合标注；低腐蚀、稳定性好；适用于环境、物表消毒
9		3%过氧化氢消毒液 (双氧水)	100ml	瓶	过氧化氢含量 3%±0.3%；无残留、无刺激；适用于环境、空气消毒
10		3%过氧化氢消毒液 (双氧水)	500ml	瓶	过氧化氢含量 3%±0.3%；无残留、无刺激；适用于环境、空气消毒
11		95%酒精消毒液	500ml	瓶	乙醇浓度 95%±5%；医用级；用于器械、设备消毒
12		消毒泡腾片	0.75g×100 片	瓶	速溶、无残渣；有效成分稳定；适用于环境、物表、地面消毒
13		复合亚氯酸钠消毒剂 (片剂)	150 片/瓶	瓶	有效成分含量达标；稳定性强、低腐蚀；适用于医院环境、器械消毒
14	皮肤黏膜 消毒类	碘伏消毒液	100ml	瓶	有效碘含量达标；温和、低刺激、着色清晰易擦；适用于皮肤、黏膜消毒
15		碘伏消毒液	500ml	瓶	有效碘含量达标；温和、低刺激、着色清晰易擦；适用于皮肤、黏膜消毒
16		安尔碘皮肤消毒剂	40ml	瓶	符合皮肤消毒规范；杀菌快、低刺激；适用于注射、手术部位消毒
17		艾尔碘皮肤消毒剂	500ml	瓶	符合皮肤消毒规范；温和、长效抑菌；适用于临床皮肤消毒
18	监测与	消毒剂浓度试纸	氯浓度	盒	指示准确、显色清晰；适用于 84、含氯消毒液浓度监测

19	指示类	紫外线强度指示卡	紫外线	盒	检测范围准确；显色稳定、判读清晰；适用于紫外线灯强度监测
----	-----	----------	-----	---	------------------------------

### （三）可撕式除尘垫要求

一次性可撕式除尘粘尘垫用于人员/平车鞋底除尘、控制微粒与污染要求如下：

1. 材质：多层 PE 膜+高粘水基压敏胶，无毒无味、不掉胶、不残胶。
2. 规格：60cm×90cm / 65cm×115cm，按医院要求。
3. 性能：粘着力均匀，有效去除尘埃、碎屑，适配手术室洁净环境。

### 四、商务要求

1. 报价为落地总价，包含货物、配送、税费、售后服务、质保等全部费用。
2. 按集团指定时间、地点配送，严禁供应临期、过期、不合格产品。
3. 随货提供产品合格证明、检验报告、技术说明书等全套资料。
4. 严格按照国家医疗器械法规，及时处理不良事件、质量投诉及退换货。
5. 报名时提供产品清单；谈判会当天请将样品带到现场。