

# 关于多功能激光光电平台采购的公示

根据工作需要，北京八大处整形医疗科技集团有限公司拟采购多功能激光光电平台（舒敏治疗仪）1台，计划于近期组织磋商会，拟参与本项目的公司可联系报名。 一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间：2025年7月1日---- 2025年7月7日16时
2. 报名方式：电话/邮寄报名，确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址：北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱：[disigongsi@outlook.com](mailto:disigongsi@outlook.com)
5. 联系人：庞燕云 18911153127

## 二、资质要求（加盖单位公章）：

1. 国内生产商给医院供应商的销售/产品授权书
2. 国内生产商及医院供应商营业执照
3. 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
4. 销售人员身份证正反面复印件
5. 国产产品注册证/备案证
6. 国内生产商医疗器械生产许可证
7. 医院供应商医疗器械经营许可证
8. 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）

## 三、产品需求：

1. 适用范围：
  - 1.1 镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性。
  - 1.2 增加肌肤弹性及紧致。
  - 1.3 用于治疗过敏性皮炎。（提供注册证证明）
2. 光疗模块：
  - 2.1 光源类型：LED/可见光
  - 2.2 输出波长：590nm±5nm（提供注册证及附件证明）
  - 2.3 光源组成：≥400颗（提供注册证及附件证明）
  - 2.4 输出强度：25mW/cm<sup>2</sup>±25%（提供注册证及附件证明）

2.5 光照面积：大于等于 750 cm<sup>2</sup>，治疗头有 5 个发光瓣，可根据患处调节光源角度。

2.6 治疗时间：1~99min 可调，步长 1min

2.7 工作模式：连续/脉冲模式

3. 电疗模块：

3.1 输出强度：0.8W~40W（提供注册证及附件证明）

3.2 脉冲频率：4×（1±5%）MHz（提供注册证及附件证明）

3.3 治疗时间：1~60min 可调，步长 1min

3.4 输出方式：连续输出

3.5 输出极性：单极

4. 主机平台

4.1 一体机，一台主机同时具备光疗模块与电疗模块

4.2 显示屏：≥8 英寸液晶显示屏

4.3 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

4.4 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

4.5 有温度指示功能

4.6 使用年限≥10 年

5. 配置要求：

5.1 主机 1 台

5.2 弯臂（含连接线） 1 个

5.3 综合光疗模块 1 个

5.4 手柄（电疗） 1 个

5.5 附件 1 2 个

5.6 附件 2 2 个

#### 四、其他要求

1. 整机质保≥3 年。

2. 负责设备免费运输、安装、调试、培训。

3. 维修响应速度，接到报修后 48 小时内到达医院。