

关于射频治疗仪采购的公示

根据工作需要，北京八大处整形第三医疗美容医院有限公司拟采购射频治疗仪1台，计划于近期组织磋商会，拟参与本项目的公司可联系报名。

一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间：2025年10月20日---- 2025年10月24日16时
2. 报名方式：电话/邮寄报名，确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址：北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱：disigongsi@outlook.com
5. 联系人：庞燕云 18911153127

二、资质要求（加盖单位公章）：

1. 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
2. 生产商及医院供应商营业执照
3. 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
4. 销售人员身份证正反面复印件
5. 产品注册证/备案证
6. 生产商医疗器械生产许可证
7. 医院供应商医疗器械经营许可证
8. 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）

三、性能要求：

1. 临床适用于：

（1）眼周松弛皱纹、改善法令纹、收紧松弛皮肤、改善双下巴、面部整体提升、重塑面部轮廓、颈部紧致提升、颈部轮廓重塑。

（2）蝴蝶袖、收腰、提臀、腿部、腹背塑形，腹部、背部、大腿、小腿、手臂等部位的脂肪堆积及松弛。

2. 射频发生器及模式：

- （*1）RF输出功率及模式：直接手柄输出能量，不需要连接负极板。
- （*2）RF输出频率： $\leq 5\text{MHz}$
- （3）RF输出模式：固定模式。
- （4）阻抗上下限在30-1000ohm之间自动监控调节

3. 治疗手柄技术规格参数:

- (1) 能量调节范围: 20W, 40W。
- (2) 温度控制范围: 监测表层皮肤温度 35-42℃可调可控; 监测内部皮肤温度 50-70℃可调可控;
- (3) 传感器: 实时监测及反馈显示及声频提示。
- (4) 滑动模式释放射频能量。
- (5) 能量过载保护: 到达设定温度, 即时切断能量输出。

四、其他要求:

1. 整机质保≥2 年。
2. 负责设备免费运输、安装、调试, 提供一整套中文的技术资料, 包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等。
3. 保证在指定交货地点对每包(品目)最终设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。
4. 收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈, 24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务, 解决问题。如不能按要求的时间予以修复, 应保证免费提供同类备用设备。
5. 保证投标产品停产后 5 年的备件供应。
6. 保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。