

北京八大处整形医疗科技集团有限公司

关于激光/强脉冲光治疗系统采购的公示

北京八大处整形第三医疗美容医院有限公司根据工作需要，拟采购激光/强脉冲光治疗系统 1 台，计划于近期组织磋商会，拟参与本项目的公司可与北京八大处整形医疗科技集团有限公司工作人员联系报名。

一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间：2025 年 12 月 22 日---- 2025 年 12 月 26 日 16 时
2. 报名方式：电话/邮寄报名，确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址：北京市石景山区实兴东街 11 号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱：disigongsi@outlook.com
5. 联系人：庞燕云 18911153127

二、资质要求（加盖单位公章）：

1. 国产产品资质要求：
 - 1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
 - 1.2 生产商及医院供应商营业执照
 - 1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
 - 1.4 销售人员身份证正反面复印件
 - 1.5 国产产品注册证/备案证
 - 1.6 国内生产商医疗器械生产许可证
 - 1.7 医院供应商医疗器械经营许可证
 - 1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）
2. 进口产品资质要求：
 - 2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书
 - 2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书
 - 2.3 中国区总代/子公司营业执照
 - 2.4 医院供应商营业执照
 - 2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
 - 2.6 销售人员身份证正反面复印件

2.7 进口产品注册证/备案证

2.8 医院供应商医疗器械经营许可

2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）

三、产品需求：

1. 用途及要求：

1.1 激光/强脉冲光治疗系统是进行皮肤治疗及医疗美容的专用设备。利用强脉冲光技术，多种波长精准作用于目标组织，直击黑色素，封闭血管，破坏毛囊，分散色斑，除皱紧肤，恢复年轻风采，同时可以去除面部和身体的多余毛发。

1.2 该设备从设计到生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好，可根据临床需要进行软硬件升级，符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

2. 技术参数要求：

2.1 光源：强脉冲光源

2.2 激励方式：双灯泵浦，集成两个独立工作的强脉冲光源。

2.3 波长：具有六种不同波段滤波片

420nm-1200nm 主要用于痤疮治疗

515nm-1200nm 主要用于浅表色素性病变

560nm-1200nm 主要用于血管性病变和嫩肤治疗

590nm-1200nm 主要用于血管性病变

640nm-1200nm 主要用于脱毛

695nm-1200nm 主要用于深色皮肤的脱毛

2.4 滤波片切换方式：可插拔滤波片技术，不需开关机，即可在不同的功能滤波片自由切换。

2.5 光智能脉冲技术：

子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时

子脉冲个数： ≥ 8 个

脉宽： $\geq 200\text{ms}$

2.6 能量密度：

最大能量密度： $\geq 32\text{J/cm}^2$

最低起始能量： 2 J/cm^2

能量密度调节步进： 1J/cm ，面板触控可调

2.7 重复频率：≥2Hz

2.8 光斑面积：≥15mm x 40 mm

2.9 光斑适配器：3种

15x15mm 方形适配器

φ11mm 适配器

φ7mm 适配器

2.10 冷却系统：

冷却方式：蓝宝石接触式冷却

冷却温度：0-30℃逐度可调

2.11 系统安全警告：系统自带警告提示，当系统认为当前参数设置可能超出安全范围时，具有字样显示

2.12 发射方式：脚踏触发

2.13 可升级红外紧肤模块

2.14 电源：200-240V，25A，50/60Hz

3. 整机配置、环境要求：

3.1 配置 10KW 净化电源

3.2 适应环境室温 10℃~35℃；相对湿度：≤90%

四、其他要求

1. 整机免费质保≥2年。

2. 负责设备免费运输、安装、调试、培训。

3. 维修响应速度：接到报修后，2小时内响应，48小时内到达设备所在地现场。