

# 医用疤痕类敷料项目采购公示

北京八大处整形医疗科技集团有限公司因工作需要,拟于近期为下属各医疗子公司采购医用疤痕类敷料项目召开谈判议价会,请有意参与的供应商在规定的期限内报名。

## 一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间: 2026年3月26日至2026年4月1日16时
2. 报名方式: 电话/邮寄报名,确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址: 北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱: [disigongsi@outlook.com](mailto:disigongsi@outlook.com)
5. 联系人: 庞燕云 18911153127

## 二、资质要求(加盖单位公章)

### 1. 国产产品资质要求:

- 1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
- 1.2 生产商及医院供应商营业执照
- 1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 1.4 销售人员身份证正反面复印件
- 1.5 国产产品注册证/备案证
- 1.6 国内生产商医疗器械生产许可证
- 1.7 医院供应商医疗器械经营许可证
- 1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料(如有可提供)

### 2. 进口产品资质要求:

- 2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书
- 2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书
- 2.3 中国区总代/子公司营业执照
- 2.4 医院供应商营业执照
- 2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 2.6 销售人员身份证正反面复印件
- 2.7 进口产品注册证/备案证
- 2.8 医院供应商医疗器械经营许可
- 2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料

### 三、产品要求：

本项目为集团统一采购，适用于整形外科、美容外科、烧伤科等临床手术愈合后疤痕的预防与辅助治疗，包含医用硅酮贴膜、医用硅酮凝胶，所有产品须满足以下技术标准：

#### 1. 通用标准

1.1 产品应符合医疗器械相关国家标准和行业标准。

1.2 产品为一次性使用，经环氧乙烷或其他有效方法灭菌，无菌、无热源、无细胞毒性、无致敏、无刺激；产品应具有良好的理化性能和生物相容性，与皮肤接触无不良反应。

#### 2. 规格性能：

##### 2.1 医用硅酮贴膜：

2.1.1 适用范围：适用于体表外伤、烧伤及手术愈合后的增生性疤痕的辅助治疗。

2.1.2 规格型号（参考值）：4cm×30cm、4cm×31cm、5cm×7.5cm、5cm×7cm、10cm×18cm、9cm×18cm、3cm×7.5cm。

2.1.3 性能要求：凝胶层应均匀涂布，粘性适中，可反复粘贴，不损伤皮肤；防粘隔离膜易剥离，无残留。

##### 2.2 医用硅酮凝胶：

2.2.1 适用范围：用于预防和改善疤痕组织增生，辅助改善已闭合增生性疤痕，预防和辅助治疗烧伤、创伤、外科手术引起的增生性疤痕。

2.2.2 规格型号（参考值）：5g-150g 全规格，可根据临床需求提供适配规格。

2.2.3 性能要求：应为透明或半透明凝胶状，均匀无杂质，易于涂抹，干燥后形成柔软透气的保护膜。

#### 3. 包装与标识

3.1 独立无菌包装，包装完好无破损、无渗漏。

3.2 包装清晰标注：产品名称、规格型号、注册证号、产品批号、灭菌日期、失效日期、生产厂家、适用范围。

#### 4. 商务要求

4.1 报价为落地总价，包含货物、配送、税费、售后服务、质保等全部费用。

- 4.2 按集团指定时间、地点配送，严禁供应临期、过期、不合格产品。
- 4.3 随货提供产品合格证明、检验报告、技术说明书等全套资料。
- 4.4 严格按照国家医疗器械法规，及时处理不良事件、质量投诉及退换货。
- 4.5 报名时提供产品清单；谈判会当天请将样品带到现场。