

医用缝合线采购项目公示

北京八大处整形医疗科技集团有限公司因工作需要,拟于近期为下属各医疗子公司采购医用缝合线召开谈判议价会,请有意参与的供应商在规定的期限内报名。

一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间: 2026年3月23日至2026年3月27日16时
2. 报名方式: 电话/邮寄报名,确认后发送资质电子版或邮寄纸质版
3. 邮寄地址: 北京市石景山区实兴东街11号朗诚大厦北楼一层
4. 邮箱: disigongsi@outlook.com
5. 联系人: 庞燕云 18911153127

二、资质要求(加盖单位公章)

1. 国产产品资质要求:

- 1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书
- 1.2 生产商及医院供应商营业执照
- 1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 1.4 销售人员身份证正反面复印件
- 1.5 国产产品注册证/备案证
- 1.6 国内生产商医疗器械生产许可证
- 1.7 医院供应商医疗器械经营许可证
- 1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料(如有可提供)

2. 进口产品资质要求:

- 2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书
- 2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书
- 2.3 中国区总代/子公司营业执照
- 2.4 医院供应商营业执照
- 2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书
- 2.6 销售人员身份证正反面复印件
- 2.7 进口产品注册证/备案证
- 2.8 医院供应商医疗器械经营许可
- 2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料

三、技术要求：

1. 本项目为集团统一采购，适用于整形外科、美容外科临床手术，包含可吸收缝合线（带针）、非吸收缝合线（带针），所有产品须满足以下技术标准：

2. 通用标准

2.1 产品符合 YY 0167-2021《非吸收性外科缝线》、YY 1116-2021《可吸收性外科缝线》及国家现行医疗器械相关标准。

2.2 产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原、无致敏物质。针线连接牢固平滑，不脱针、不断线、无毛刺，穿刺顺畅，打结稳定不松脱。

3. 可吸收性外科缝合线（带针）

3.1 材质：PGA、PGLA、PDO 等合规合成可吸收聚合物，单丝或编织结构，表面光滑涂层，无脱落。

3.2 组织反应：组织相容性优异，反应轻微，无排异、无肉芽肿、无明显炎症反应。

3.3 吸收与张力：体内完全吸收时间 30~180 天；术后 7~14 天保持有效抗张强度。

3.4 规格：必须提供 2-0、3-0、4-0、5-0、6-0、7-0、8-0 全规格，线长 45 - 75cm。

3.5 缝合针：医用不锈钢材质，3/8 弧、1/2 弧，包含圆针、反三角针、铲针，满足美容整形精细化操作。

4. 非吸收性外科缝合线（带针）

4.1 材质：尼龙单丝、聚丙烯单丝、聚酯等合规非吸收材料。

4.2 性能：组织相容性好，长期强度稳定，不降解、不吸收，组织反应极低。

4.3 规格：必须提供 3-0、4-0、5-0、6-0、7-0、8-0 全规格，线长 45 - 75 cm。

4.4 缝合针：同可吸收缝合线要求。

5. 包装与标识

5.1 单根独立无菌包装，包装完好无破损、无渗漏。

5.2 包装清晰标注：产品名称、规格型号、注册证号、产品批号、灭菌日期、失效日期、生产厂家、适用范围。

6. 商务要求

6.1 报价为落地总价，包含货物、配送、税费、售后服务、质保等全部费用。

- 6.2 按集团指定时间、地点配送，严禁供应临期、过期、不合格产品。
- 6.3 随货提供产品合格证明、检验报告、技术说明书等全套资料。
- 6.4 严格按照国家医疗器械法规，及时处理不良事件、质量投诉及退换货。
7. 报名时提供产品清单；谈判会当天请将样品带到现场。